

ETHYLOTEST HOMOLOGUÉ

Catégorie B
Classe 1
Norme AFNOR NFX20 703



Ref 6810DG – Homologué bridé

- Mesure par capteur électrochimique
- Plage de mesure dans l'air expiré : 0 à 2,5mg/L
- Durée d'expiration : 4,5 sec – 12 sec
- Conversion mg/L d'air expirée en g/L dans le sang
- Mesure plafonnée à la réglementation en cours
- Livré avec 3 embouts
- Dim : 154x80x35mm / 200g
- Pile : 2 x AA

Ref 6811DG – Idem 6810DG mais mesure non plafonnée

Options :

Ref 6810DG/EM – 250 embouts hygiéniques pour 6810DG

Ref 6811DG/EM – 250 embouts hygiéniques pour 6811DG

Ref 6810DG/AC – Lot 2 accus NIMH R06

Ref 6810DG/CH – Chargeur 230V